

Hygieneplan für das zahntechnische Labor*

Maßnahmen beim Desinfizieren und Reinigen von mikrobiell kontaminierten Materialien

Dentallabor: _____

Bitte ergänzen Sie den Hygieneplan mit den notwendigen betriebsspezifischen Angaben!

Stand: _____

Was	Wann	Wie ¹⁾	Womit	Wer	
Abformungen aus Elastomeren	sofort nach Entnahme aus der Verpackung/Kontakt	 Spülen, Reinigen  Desinfektion Tauchbad oder kombiniertes Reinigungs-/ Desinfektionsgerät  Spülen, Reinigen	fließendes Wasser	Alle Beschäftigten am Desinfektionsplatz	
Abformungen aus Alginaten	sofort nach Entnahme aus der Verpackung/Kontakt		Desinfektionsmittel für Abformungen ^{2) 3) 4) 5)}		Präparat: _____ Konzentration: _____ Einwirkzeit: _____
			fließendes Wasser		fließendes Wasser
Abformungen aus Agar	sofort nach Entnahme aus der Verpackung/Kontakt		Desinfektionsmittel für Abformungen ^{2) 3) 4) 5)}		Präparat: _____ Konzentration: _____ Einwirkzeit: _____
			fließendes Wasser		fließendes Wasser
Abformungen Sonstige	sofort nach Entnahme aus der Verpackung/Kontakt		Desinfektionsmittel für Abformungen ^{2) 3) 4) 5)}		Präparat: _____ Konzentration: _____ Einwirkzeit: _____
			fließendes Wasser		fließendes Wasser
			Desinfektionsmittel für Abformungen ^{2) 3) 4) 5)}		Präparat: _____ Konzentration: _____ Einwirkzeit: _____
			fließendes Wasser		fließendes Wasser
			Desinfektionsmittel für Abformungen ^{2) 3) 4) 5)}		Präparat: _____ Konzentration: _____ Einwirkzeit: _____
			fließendes Wasser		
Getragener Zahnersatz	sofort nach Entnahme aus der Verpackung/Kontakt		Desinfizieren und Reinigen in Ultraschall-Desinfektions-einrichtungen oder mit anderen geeigneten Verfahren		fließendes Wasser
Hilfsmittel (z. B. Artikulator/ Kausimulator, Gesichtsbogen)	sofort nach Erhalt/Kontakt	 Sprühdesinfektion (vollständiges Benetzen) oder Wischdesinfektion	Desinfektionsmittel für Zahnersatz ^{2) 4) 5)}	Präparat: _____ Konzentration: _____ Einwirkzeit: _____	
			fließendes Wasser		
Arbeits- und Ablageflächen	mindestens einmal täglich bei Arbeitsende	 Wischdesinfektion	Reinigende Flächendesinfektionsmittel ⁵⁾		
	Oberflächen von Desinfektions- und Reinigungseinrichtungen		sofort bei sichtbarer Verschmutzung		Flächendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit ⁵⁾
Flächen von Fußböden und Wänden		• mindestens einmal täglich bei Arbeitsende • sofort bei sichtbarer Verschmutzung	 Feucht reinigen, bei Bedarf Wischdesinfektion		Flächendesinfektionsmittel ⁵⁾
	Instrumente (z. B. Greifzangen)	mindestens einmal täglich bei Arbeitsende	 Instrumentenreinigung/-aufbereitung Spülen		Instrumentendesinfektionsmittel ⁵⁾
Präparat: _____ Konzentration: _____ Einwirkzeit: _____				fließendes Wasser	
Schutzhandschuhe	nach Kontakt zu potentiell mikrobiell kontaminierten Materialien in Desinfektions-einrichtungen und vor dem Ausziehen wieder verwendbarer Schutzhandschuhe	 Desinfizieren ⁶⁾  Hände waschen	Händedesinfektionsmittel ^{1) 5)}	Alle Beschäftigten am Desinfektionsplatz	
Arbeitskleidung	• mindestens einmal pro Woche • spätestens bei sichtbarer Kontamination/Verunreinigung	Reinigung/Wäsche	Alkoholisches Einreibepreparat		
			Präparat: _____ 60 Sekunden feucht halten oder Waschpreparat ^{1) 5)}		
			Präparat: _____ Nach dem Waschen Einmalhandtücher verwenden.		
Hände	nach Verwendung von Schutzhandschuhen	 Desinfizieren ⁷⁾  Hände waschen	Händedesinfektionsmittel ^{1) 5)}	Alle Beschäftigten am Desinfektionsplatz	
			Alkoholisches Einreibepreparat		
			Präparat: _____ 60 Sekunden feucht halten oder Waschpreparat ^{1) 5)}		
			Präparat: _____		

1) Bezüglich der Reihenfolge und Anwendung sind die Herstellerhinweise zu beachten.

2) Bei der Herstellung einer Gebrauchslösung sind die Herstellerangaben zu beachten.

3) Desinfektionsmittel müssen auf das jeweilige Abformmaterial vom Hersteller zugelassen sein.

4) Desinfektionsmittel müssen bakterizid, insbesondere tuberkulozid, fungizid und zumindest begrenzt viruzid (gegen HBV/HCV) sein.

5) Die Desinfektion ist mit geprüften, anerkannten, zumindest begrenzt viruzid wirkenden Desinfektionsmitteln durchzuführen.

Diese Desinfektionsmittel sind z. B. gelistet beim VAH (Verbund für angewandte Hygiene) für routinemäßige Desinfektion.

6) Desinfizierbarkeit der Handschuhe ist beim Hersteller zu erfragen.

7) Zusätzlich sind Hautschutz-/Hautpflegemittel zu benutzen (siehe betrieblicher Hautschutzplan)

* Weitere Einzelheiten siehe BG-Information BGI 775 „Zahntechnische Laboratorien – Schutz vor Infektionsgefahren“